



LABORMITTEILUNG



Labormitteilung 08/2021 vom 18.10.2021

Institut für Klinische Chemie
und Pathobiochemie
Labormedizin

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

OÄ Dr. med. Katrin Borucki
Kommiss. Direktorin

wir möchten Sie über folgende Punkte informieren:

1) Klebeetiketten



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ML-13264-03-00
D-PL-13264-02-00

In jüngerer Zeit haben wir wieder vermehrt Proben mit nicht korrekt aufgebrachten Klebeetiketten erhalten. Wir sind uns bewusst, dass im stressigen Stations- und Ambulanzalltag nicht immer alle Etiketten in perfekter Ausrichtung aufgebracht werden können.

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44
39120 Magdeburg

Telefon: +49 391 67-13919
Telefax: +49 391 67-13902

Dennoch möchten wir Sie dafür sensibilisieren, dass diese Proben von unseren Sortier- und Analysegeräten nicht erkannt werden und damit eine intensive Nachbearbeitung auslösen. Auch werden hierdurch längere Befundlaufzeiten ausgelöst.

ikcp@med.ovgu.de
www.ikc.ovgu.de



2) Methodenumstellung Immunglobuline im Plasma

Die Bestimmung von IgG, IgM und IgA im Plasma wird ab dem 19.10.2021 für alle Anforderungen auf ein Verfahren (Immunturbidimetrie) umgestellt, welches bislang bereits am Wochenende und in der Nacht für dringliche Proben zum Einsatz gekommen ist (Fa. Roche Diagnostics). Anlass ist die bessere Vergleichbarkeit der Messergebnisse im Verlauf sowie eine einheitliche und schnellere Abarbeitung im Zentrallabor, so dass die Befundlaufzeiten verkürzt werden.

Vergleichsmessungen zwischen den beiden Verfahren zeigten eine adäquate Übereinstimmung der Ergebnisse für diagnostisch relevante Konzentrationen.

Primärer Bestimmungsbereich:

IgG: 3,00 - 50,0 g/l

IgA: 0,50 - 8,0 g/l

IgM: 0,25 - 6,5 g/l

Dieser Bereich kann in einer Rerun-Funktion automatisiert erweitert werden.

Eine Anpassung der Referenzbereiche für Erwachsene ist nicht erforderlich. Bei Kindern können aufgrund unterschiedlich angeführter Referenzstudien Unterschiede in den Referenzbereichen auftreten.

Das bisher genutzte Verfahren der Nephelometrie ist zunächst weiterhin verfügbar und kann nach Rücksprache für gezielte Fragestellungen eingesetzt werden. Vorhandene Laborprofile mit dieser Anforderung werden zum Stichtag automatisch umgestellt.

Sollten Sie bezüglich laufender klinischer Studien Fragen haben, bitten wir um Ihre Rückmeldung an OA Dr. U. Klostermeier (ulrich.klostermeier@med.ovgu.de).

Bei Rückfragen oder Problemen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

Wir sind erreichbar über die Hotline Tel: 13919/ -12 bzw. über die Piepernummer 800490.



OÄ Dr. med. K. Borucki